
Odběr vzorku pitné vody

Analyzujeme:

- **Vodu u spotřebitele:** voda v místě odběru spotřebitelem - tj. ve vodovodním kohoutku v domácnosti, restauraci, hotelu, škole, nemocnici apod.
- **Vodu dodávanou:** pitná voda z veřejného vodovodu
- **Vodu z vlastního zdroje:** studny a vrty
- **Vodu pro účely kolaudace** (nutné akreditované vzorkování, které zajišťujeme)



Postup odběru

Příprava vodovodního kohoutku

- Pokud je to možné, odstraňte doplňky kohoutku (sítko, perlátor, hadičky).
- Nechte vodu volně téct 1 minutu nebo odpusťte 3–4 litry vody.
- Proud vody nastavte tak, aby jeho tloušťka odpovídala přibližně průměru tužky (obr. A).
- Naplňte vzorkovnice dle níže uvedených pokynů.


Plnění vzorkovnic

Vzorkovnice	Objem	Jak správně naplnit vzorkovnice
Skleněná (obr. 1) nebo plastová s červeným víčkem (obr. 2)	0,25 l	Vzorkovnici naplňte bez vzduchových bublin – při napouštění nechte vodu přetéct a uzavřete.
Malé vzorkovnice s barevnými proužky (obr. 4, 5)	0,06 l	Obsahují fixační roztok – otevírejte těsně před plněním, vzorek naplňte po hrdlo, nepřelévejte, ihned pevně uzavřete.
Hranatá plastová sterilní (obr. 3)	0,5 l	Hranatou plastovou sterilní vzorkovnici naplňte do ¾ – ke zkosení. Během plnění se nedotýkejte hrdla ani vnitřku víčka – předejdete tak kontaminaci vzorku. Odšroubované víčko vždy držte v ruce závitem dolů, nikdy ho nepokládejte.











Bezpečnost na prvním místě

Při odběru doporučujeme použít ochranné rukavice a brýle. Zvláštní pozornost věnujte malým vzorkovnicím s barevnými proužky – obsahují fixační roztok, který může dráždit pokožku a oči. Vzorkovnice otevírejte těsně před plněním, fixační roztok nevylévejte ani nepřelévejte.

Označení vzorků

Každou vzorkovnici čitelně označte svým jménem nebo názvem firmy a názvem vzorku.

Skladování a transport

- Vzorky odebírejte ideálně v den jejich předání do laboratoře nebo na pobočky ALS.
- Naplněné vzorkovnice uchovávejte v chladu (v lednici).
- Při využití kurýrní služby DHL postupujte podle pokynů zákaznického týmu (chlazení vzorkovnic, termotaška).

Důležité: Aby byly výsledky mikrobiologických zkoušek co nejpřesnější, doručte nám vzorky nejlépe do 24 hodin od odběru a nejpozději do čtvrtka každého pracovního týdne.

Výsledky obdržíte e-mailem do 7–10 pracovních dní.

Pobočky a jejich provozní doby najdete na alsglobal.cz

+420 226 226 228 | info.cz@alsglobal.com | alsglobal.cz